



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro  
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626  
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



Pérola do Planalto

**Relatório Análise de Amostras e Documentos Técnicos**

**Pregão Eletrônico N° 10/2022**  
**Insumos para insulinos dependentes**

**Item 1**

A empresa **Force Medical Distribuidora Eireli** ofertou o produto da marca SR para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou Documentos Técnicos.

**Solicitado no Edital** - SERINGA DESCARTÁVEL 100 UI, COM AGULHA 0,8x0,3 MM: Seringa descartável 100ui com agulha 0,8x0,30mm - estéril, de plástico, atóxica, capacidade de 100ui, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala de gravação indelével de 0 a 100ui com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do embolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica, agulha de dimensões 0,8x0,30mm à 9,5x0,3mm confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita a perfeita adaptação ao canhão. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Conforme legislação atual vigente. Apresentação da Embalagem: Serão aceitas cotações de produtos com qualquer quantitativo de embalagem. Apresentar no ato da sessão certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Data de validade mínima de 12 meses a partir da data de recebimento.

**Conclusão:** Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado.

**Item 02**

A empresa **Nacional Comercial Hospitalar S.A.** ofertou o produto da marca OneTouch Select Plus Flex para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou Documentos Técnicos.

**Solicitado no Edital** - Tira reagente para detecção de glicose no sangue, determinação por química seco, por sensor, sem contato direto do sangue no aparelho. Área de glicose variação mínima de 0 a 20mg/ml e máxima de 500 a 600mg/ml. Área de bilirrubina, área de densidade, área de ph, área de proteína e área de leucócitos: não. Registro no Ministério da Saúde e Anvisa. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 12 meses a partir da data de recebimento.

**Fornecimento de 270 medidores em comodato, compatíveis com as tiras que serão fornecidas.**

**Conclusão:** Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado.

**Item 03**

*Handwritten signatures in blue ink*



Pérola do Planalto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro

Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626

E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



A empresa **MC FARMA Ltda.** ofertou o produto da marca GlucoLeader HU para o item a qual podemos comprovar que está de acordo com o solicitado no edital. Apresentou Documentos Técnicos.

**Solicitado no Edital** - Lanceta descartável para punção digital, confeccionada em aço inoxidável, com ponta trifacetada, com mecanismo de segurança que dispara agulha e recolhe automaticamente após a punção, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plástico, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. O produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Apresentar no ato da sessão certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Caixa com no máximo 200 unidades.

**Conclusão:** Produto APROVADO por estar de acordo com solicitado

Bernardino de Campos, 02 de Agosto de 2022.

Comissão avaliadora:

Silvia Helena Martins Tolini  
Enfermeira COREN/SP 307.086

Valquiria Cristina de Moraes  
Enfermeira COREN/SP 323.140

Fernanda Cristina de Souza  
Enfermeira COREN/SP 652.216