



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022
Processo Administrativo Nº 82/2022

ANÁLISE DE DOCUMENTOS E AMOSTRAS

Sr. Pregoeiro, nos servimos do presente para apresentar todas as informações que se seguem abaixo quanto aos produtos ofertados.

ITEM 3

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **SAF GEL 85g - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR, produto não estéril, composto por água purificada, ácido bórico e carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, trietanolamina, hidantoína e sorbato de potássio e carbômero 940, que garanta a estabilidade por até 28 dias após aberto. Hidroativo e absorvente, hidrata a ferida e agiliza o debridamento autolítico do tecido necrótico. O produto não pode ter contra-indicação em qualquer tipo de feridas em bula. Tubo de 85g com tampa flip-top. Caixa com 12 tubos. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

A composição do SAF GEL 85g - CONVATEC está de acordo com o solicitado:

- Possui composição condizente com o solicitado no descritivo

CONCLUSÃO: Produto **CLASSIFICADO** por estar em conformidade com o edital.

ITEM 6

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **AQUACEL FOAM - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a transmissão de

Handwritten signature in blue ink



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br



vapor da umidade proveniente do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito da ferida de 100% fibras de carboximetilcelulose com 1,2% de prata iônica. Sem bordas de adesivo. Indicado como curativo primário ou secundário. Tamanho 10X10cm cm. Caixa com 10 unidades. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

A composição do AQUACEL FOAM - CONVATEC está de acordo com o solicitado:

- Possui composição condizente com o solicitado no descritivo

CONCLUSÃO: Produto CLASSIFICADO por estar em conformidade com o edital.

ITEM 28

A empresa **SÓ QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA** ofertou o produto **GENTLECATH GLIDE - CONVATEC** para o item do pregão a qual podemos comprovar que:

SOLICITADO NO EDITAL: Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, Masculino, calibre CH12; Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem, e manga de proteção para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

A composição do GENTLECATH GLIDE - CONVATEC está de acordo com o solicitado:

- Possui composição condizente com o solicitado no descritivo

CONCLUSÃO: Produto CLASSIFICADO por estar em conformidade com o edital.



Pérola do Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Praça Monsenhor Francisco Van Der Maas N.º 150 - Bairro: Centro
Fone/Fax: (14) 3346-3388 / 3346-3360 / 3346-1626
E-mail: saude@bernardinodecampos.sp.gov.br




Senhor(a) pregoeiro(a), após todas as informações e avaliações apresentadas, esta comissão pede que seja dado andamento ao processo o mais breve possível para que possamos chegar a conclusão do mesmo.


Nestes termos;
Pedimos e aguardamos deferimento.

Bernardino de Campos, 27 de outubro de 2022.


Comissão avaliadora:



Silvia Helena Martins Tolini
Enfermeira COREN/SP 307.086



Valquiria Cristina de Moraes
Enfermeira COREN/SP 323.140



Fernanda Cristina de Souza
Enfermeira COREN/SP 652.216